



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Chувисca  
Comissão de Licitações

PA 114/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO  
RETIFICAÇÃO EDITAL 013/2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE  
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, através do agente de contratação, Eduardo Sodré Gonçalves (Portaria 025/2025), também pregoeiro oficial (Portaria 057/2025) torna público para o conhecimento dos interessados, que às **09 HORAS, DO DIA 27 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025**, através do site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), será realizado o certame, com a finalidade de contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, **exclusiva** às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

A presente Retificação de Edital, tem por objetivo a **ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME**, a **ALTERAÇÃO DO INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES** e a **ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA DESCRIÇÃO DO OBJETO**, **item 015**, conforme grifado abaixo;

Item	Unid.	Q. Min.	Q. Max.	Vlr. Ref.	Descrição
015	Unid.	1,00	2,00	R\$ 13.945,00	<b>CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS – Tipo: Vertical Material de Confecção (gabinete interno): Aço inoxidável 304; Material de Confecção (gabinete externo): Aço galvanizado; Porta: Vidro Triplo com sistema antiembaçante e possibilidade de moldura de alumínio escovado; Capacidade Interna: de 280 a 300 litros; Quantidade de Gavetas: 4 gavetas de aço inoxidável; Voltagem: 220V; Painel: LCD com saída USB; Faixa de Operação: Temperatura entre +2° e +8°; Deve possuir sistema de homogeneização de temperatura; Deve Possuir sistema de emergência e/ou alarmes em casos de anormalidade (alarme de porta aberta, alarme de temperatura fora do programado, alarme de falta de energia, alarme de bateria baixa); Deve possuir registro de dados (data logger); Deve possuir circulação de ar forçado; Deve possuir sensores internos; Deve possuir degelo automático seco; Deve possuir fechamento automático da porta; Deve possuir sistema de iluminação interna; Deve possuir na base rodízios giratórios com trava; Deve possuir sistema de bateria com no mínimo 72h de autonomia Deve possuir regulamentação da ANVISA e assistência credenciada próxima ao Município de Chувисca.</b>

6.7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R\$ 1,00 (um real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta;



*Estado do Rio Grande do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Chuvisca*  
*Comissão de Licitações*

**Os demais termos deste edital, permanecem inalterados.**

Chuvisca/RS, 11 de junho de 2025.

Márcio Sidinei Konflanz  
Prefeito Municipal