



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75

MEMORANDO nº 30/2024

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Por meio deste, solicito a inclusão do seguinte item no PCA (Plano de Contratações Anual) de 2024.

CÓD	QNT MIN	QNT MAX	UN. MED.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$ (ESTIMADO)	VALOR TOTAL R\$ (ESTIMADO)
18144	01	01	UN	EQUIPAMENTO PARA HEMATOLOGIA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Equipamento de automação para análises de hematologia com no mínimo as seguintes especificações: PRINCIPIOS E TECNOLOGIAS: Citometria de fluxo fluorescente: WBC, DIFF, RET, IRF, IPE, análise de líquidos biológicos com diferencial de 2-partes; método de impedância como foco hemodinâmico: PLT-1, RBC, HCT; MÉTODO SLS- hemoglobina livre de cianeto: HGB. PARAMETROS PADRÃO: sangue total / pré-diluição / modo low	85.000,00	85.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75

				WBC: WBC, RBC, HGB, HCT, HCM, CHCM, PLT- 1, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LINFO#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%. Modo de líquidos biológicos: WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PNM%, TC-BF#. PARAMETROS OPCIONAIS: RET#, RET%, IRF, RET-He, PLT-O, IPF#. VELOCIDADE: Sangue total: CBC até 70 amostras por hora; CBC +Dift. até 70 amostras poR hora; CBC + Dift. + RET. até 35 amostras por hora. Modo de líquidos biológicos: até 30 amostras por hora. VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS: Sangue total/modo low WBC: 25 uI, modo pré-diluição: 70 uI, modo líquidos biológicos: 70 uI. ARMAZENAMENTO DE DADOS: Resultados: 100.000 amostras; Informação de pacientes: 10.000 registros; Arquivo de controle de qualidade: 99 arquivos por analisador;	
--	--	--	--	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75

				Dados de controle de qualidade: 300 dados por arquivo; Histórico de substituição de reagentes: 5.000 registros; Histórico de manutenção: 5.000 registros. CONTROLE DE QUALIDADE: material de controle de qualidade em três níveis para todos os parâmetros; material de controle de qualidade para líquidos biológicos em dois níveis. DIMENSÕES E PESO: Comprimento: 450 mm, Profundidade: 460 mm, altura, 440 mm, peso aproximado 36 kg		
JUSTIFICATIVA: A aquisição do analisador hematológico busca garantir a realização de exames de análises clínicas no município de Alegria RS, de forma a suprir as necessidades da população do Município usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). O Laboratório Público Municipal tem como função básica promover atividades voltadas para o controle epidemiológico e sanitário da população, realizando exames laboratoriais dentro da patologia clínica, questionando, interpretando e emitindo a conclusão em forma de laudos com parecer, relacionando resultado, clínica e exames solicitados. A aquisição do Analisador hematológico se faz necessário para atender aos pacientes assistidos nas unidades de rede ambulatorial do município, uma vez que se trata de atividade primordial para o diagnóstico do paciente. Cabe-se aqui citar que essa aquisição garantirá ao município um atendimento a rede com total autonomia administrativa, capacitação técnica constante, participação em programa de controle de qualidade, realização de exames, autonomia para atender os programas de saúde e vigilância, estar sempre preparado para casos de endemias, bem como a modernização do laboratório, visto que o equipamento existente está desgastado pelo uso diário e o tempo de sua aquisição. JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO: A inclusão deste item no PCA 2024 se faz oportuna pela necessidade de melhorias junto ao Laboratório de análises clínicas municipal bem como pela indicação de emenda impositiva de vereadores do município específicas para este fim, a qual foi recebida em janeiro do ano corrente. Não tínhamos a programação das emendas impositivas no momento da elaboração do PCA 2024.						
CLASSIFICAÇÃO: Material permanente		CATEGORIA: Equipamento Laboratorial		DATA PRETENDIDA: 20/03/2024 DATA PRETENDIDA DO PEDIDO: 30/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75

		DATA PRETENDIDA DO RECEBIMENTO: 10/04/2024
GRAU DE PRIORIDADE: ALTA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Não	DEPENDE DE OUTRO OBJETO: Não

Alegria, 07 de março de 2024.

Daiany A. Reidel Sklar
Daiany Alineia Reidel Sklar
Secretário Municipal de Saúde

De acordo
Pref. Mun. de Alegria/RS
Teresinha Marczewski Zavaski
Prefeita Municipal

Ne
Pref. Mun. de Alegria/RS
Pâmella Ruana Ianke Preissler
Secretaria de Coordenação e Planejamento