

A**PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025****OBJETO: REGISTRO DE PREÇO UNITÁRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO NOVO DE RAIOS X (CONJUNTO RADIOLÓGICO DIGITAL).**

A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 58.598.368/0001-83, com sede na Rua Maria Casali Bueno, Nº 57, Mandaqui, CEP 02408-050, São Paulo – SP vem, tempestivamente, pedir REVISÃO, aos termos do Memorial Descritivo do Termo de Referência do Pregão em epígrafe. Os pontos a serem abordados serão devidamente justificados conforme a seguir.

ITEM 01 - RAIOS-X FIXO DIGITAL

→ Onde consta:

Potência de no mínimo 80kW.

→ Pedimos ajustar para:

Potência de no mínimo 63kW.

→ Justificativa:

A corrente exigida, até 800 mA, é perfeitamente atendida por todos os fabricantes com a potência máxima de aproximadamente 63 KW. A especificação de 80 KW neste caso tem o caráter único de limitar o edital, dificultando e impedindo que outros fornecedores, muitas vezes de tecnologias superiores, mais importantes a finalidade diagnóstica do equipamento e mais acessíveis economicamente possam participar do certame.

Caso esta especificação não seja alterada, o certame estará direcionado a uma única empresa, qual seja a VMI, conforme consta no manual de seu equipamento.

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 – CEP 02408-050 - São Paulo/SP – Fone (11) 2950.1971 - Fax (11) 2976.5154

APOLO
8.4 DADOS RADIOLÓGICOS
8.4.1 GERADOR 80/65/50 KW (APOLO D / APOLO S)

Equipamento de raios X para radiografia com gerador 80kW ou 65kW trifásico ABNT NBR IEC 60601-2-54:2016

Gerador	80 kW	65 kW	50kW
Potência máxima Nota 1	80 kW @ 100 kV, 1000 mA	65 kW @ 81 kV, 800 mA	50 kW @ 62 kV, 800 mA
Faixa de variação do kV Nota 2	40 a 150 kV (a partir de 30kV opcional)	40 a 150 kV (a partir de 30kV opcional)	40 a 150 kV (a partir de 30kV opcional)
Passo de seleção do kV	1 kV	1 kV	1 kV
Ripple do kV	< 4%	< 4%	< 4%
Valores de mA Nota 3	Foco Fino: 20 / 50 / 100 / 160 / 220	Foco Fino: 10 / 50 / 100 / 125 / 160 / 220	Foco Fino: 10 / 50 / 100 / 125 / 160 / 220
	Foco Grosso: 280 / 400 / 500 / 630 / 800 / 1000	Foco Grosso: 280 / 400 / 500 / 630 / 800	Foco Grosso: 280 / 400 / 500 / 630 / 800

Captura de tela extraída do manual da Série de Raio-X Apolo da VMI (p. 100)

O próprio manual da empresa VMI, comprova que a potência de 80 KW só é destinada a equipamentos com escalas de correntes de 1000 mA.

Por isso, rogamos que seja alterada a corrente exigida para 63kW em vez de 80kW.

Assim, não sendo de vosso entendimento tal necessidade, solicitamos que se apresente juntamente com a resposta a nossa impugnação, no mínimo 3 marcas e modelos de equipamentos, com seus respectivos registros válidos na ANVISA, que cumpram na íntegra a esse descritivo (principalmente as especificações de potência de 80kW, para um equipamento cuja corrente elétrica vá até 800mA) a fim de dar a legalidade que esse processo exige, dentro dos princípios básicos que regem a licitação pública.

Lembra-se também que geradores de 80 KW exigem uma infraestrutura elétrica de maior porte e há de se avaliar se o local possui essa possibilidade de instalação, com transformadores e cabos, o que também inviabilizará a instalação e posterior funcionamento do equipamento

→ Onde consta:

Capacidade térmica mínima do ânodo de 330 kHU;

→ Pedimos ajustar para:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 – CEP 02408-050 - São Paulo/SP – Fone (11) 2950.1971 - Fax (11) 2976.5154

Capacidade térmica mínima do ânodo de 300 kHU;**→ Justificativa:**

As demandas clínicas e mesmo as de emergência não justificam a exigência de capacidade térmica do anodo em 330kHu. Frisamos que a capacidade térmica do anodo em 300KHU é atendido pela maioria das empresas do Mercado. Ressaltamos que a diferença ínfima, se aceito o nosso pedido de alteração, não afetará a qualidade ou a operacionalização do produto.

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de revisão das especificações técnicas, acima citados, para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando ao Município de Santo Antônio das Missões a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Konimagem possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por esse Município.

Aguardando o vosso parecer quanto a este pleito, aproveito o ensejo para declarar nossos votos de elevada estima e distinta consideração a essa Prefeitura Municipal.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo - SP, 17 de fevereiro de 2025

Dario Livrari
Konimagem Comercial Ltda
CPF: 082.014.378-29
RG: 16.306.042-3 SSP/SP
Sócio Diretor

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 – CEP 02408-050 - São Paulo/SP – Fone (11) 2950.1971 - Fax (11) 2976.5154