ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Braga RS,29 de julho 2026.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-Descrição do serviço /objeto a ser contratado.

Solicito que seja adquirido uma CÂMARA/ REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIO/MEDICAMENTOS/VACINAS E KITS/REAGENTES E HEMODERIVADOS. Capacidade de 280 Litros; vertical com 04 prateleiras em aço inoxidável que permite o ajuste de altura. Isolamento Térmico de 70 mm. Equipada com Controlador eletrônico que possui memória interna para armazenar dados, e emitir relatórios. 01 Porta de Vidro DUPLO com sistema que evita o embaçamento e permite boa visualização do material armazenado. Gabinete interno em Aço Inoxidável e Externo em chapa de aço tratada e pintada na cor branca. Controle de Temperatura diretamente no Display Máxima e Mínima, Faixa de Temperatura de +2ºC a +8ºC, Ajuste a +5ºC; Com Alarmes Visual e Sonoro P/ Temperatura, falta de Energia e Porta Aberta; Com Mostrador Tipo Display LCD Alfanumérico. Painel em LCD, 02 sensores para controle de temperatura e memória de registro de dados com memória de 7 dias. Equipada com sistema de emergência para 72 horas na falta de energia elétrica convencional. Registro na ANVISA, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC APRESENTA NO ATO ENTREGA CERTIFICADO COMPROVANDO TESTES E ENSAIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA. Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Manual em português, BIVOLT AUTOMATICO.

2-Justificativa:

É imprescindível a aquisição imediata do item acima solicitado, tendo em vista que era a única câmara de conservação de imunobiológicos que dispomos no município. A câmara fria estragou novamente, conforme orientação do suporte técnico que havia realizado o último concerto não é mais possível realizar o concerto.

Considerando que as vacinas são termolábeis e devem ser armazenadas em temperaturas adequadas, que variam entre 2ºC a 8ºC, para que tenham a sua eficácia e segurança garantidas, e que deve haver um controle rígido destas temperaturas. Avaliando as constantes interrupções no fornecimento de energia, fazendo necessária a ativação de baterias ou geradores de energia para manter a correta temperatura de armazenamento dos medicamentos, fazendo que a câmara de conservação seja bastante efetiva nestas situações pois mantem a temperatura adequada por longos períodos de tempo é imperiosa a aquisição do referido equipamento.

Vale ressaltar ainda que, é responsabilidade da gestão municipal manter a equipe de saúde capacitada, materiais, insumos, **infraestrutura** e as vacinas em quantidades suficientes para o atendimento da população.

3-Dotação Orçamentária:

As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde. Recurso Estadual da **Rede Bem Cuidar, equipamento e material permanente.**

576

Vera L. Salante
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por em / / 2026