



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA

Número da Licitacao **000035 / 2022**
Modalidade **Pregão Eletrônico**
Data de Emissão da Licitação **24/10/2022**

Secretaria: SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo da Licitação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Relação dos Itens

Lote / Item	Qtde	Unidade	Referência	Total
0000 / 001	1,00	UN	24.984,42	24.984,42
Descrição:			Cadeira Odontológica completa (equip/sugador/refletor). Cadeira com movimentos automáticos; volta à zero; com duas posições de trabalho; com sistema de travamento para cirurgias; encosto sem costura em PVC; lavável; com mangueiras descartáveis; com cabeceira articulada; dois apoios de braços (sendo um articulável); mesa com equipo com quatro terminais; modelo Kart (mesa com rodízio); bandeja auxiliar em aço inoxidável com borbas; cabeceira stand e pedal de comando multifuncional; linhas arredondadas com duas unidades suctoras rebatível em 90° (uma compatível para receber bomba suctora); com cuba removível em cerâmica; com controle de água na cuba; suporte confeccionado em estrutura de aço reforçado e com pintura anticorrosiva, auto brilho e proteção UV; pedal de comando com funções integradas para acionamento dos movimentos da cadeira; refletor com intensidade de no mínimo 25000 lux, com acionamento no pedal, com duplo pega mão e braço totalmente articulado(movimento horizontal e vertical); dois mochos impulsionados à gás, com regulagem através de alavanca sub lateral, encosto anatômico, com ajuste de aproximação – afastamento e altura, com os rodízios. A base da cadeira não deve precisar ser fixada no chão. Cadeira capacidade de elevação superior a 195 kg - registrada na Anvisa. Caixa de ligação não pode ser integrada à cadeira (encanamento externo). Acompanha kit de peças de mão: uma alta rotação, corpo peça de mão com linhas arredondadas, autoclavável à 185°, coneção borden; spray triplo, rotação de no mínimo 420000 RPM; rotores precisamente balanceados; pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras, baixo ruído de trabalho; sistema push button, frictiongrip, resistentes a tração que assegura o travamento da broca; auto torque, um contra ângulo autoclavável até 135°, micro motor com regulagem da direção da rotação, micro motor com refrigeração interna da mesma marca equipamento, baixo ruído, autoclavável, coneção borden, modelo intra, as peças de mão devem ser da mesma marca da fabricante da cadeira; incluídos todos os custos do fornecimento, bem como, frete, instalação e deslocamento do técnico para instalação da mesma. Cor: Azul. Voltagem 220v. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.	
Lote / Item	Qtde	Unidade	Referência	Total
0000 / 002	2,00	UN	5.143,87	10.287,74
Descrição:			COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Volume interno de ar reservatório: mínimo 40 L; Potência do motor: de no mínimo 1 HP; Pintura interna: Sim; Regulador de pressão: Sim; Isento de óleo: Sim; Voltagem: 220V. Utilizado em consultórios odontológicos para alimentar o sugador e as canetas odontológicas com até 2 (duas) mangueiras de alta rotação, 1 (uma) mangueira de baixa rotação e 2 (dois) sugadores, deve ser isento de óleo, possuir cilindro com tratamento interno anticorrosivo, apresentar vasão compatível com a necessidade do equipamento odontológico, possuir válvula reguladora de pressão manômetro, tensão de alimentação 220 V ou sistema bivolt automático de tensão, frequência de alimentação 60 Hz, tipo de cabo de rede deve seguir a norma ABNT/NBR 141.136:2002, potência mínima de 1 a 1,5 HP; Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.	
Lote / Item	Qtde	Unidade	Referência	Total
0000 / 003	1,00	UN	817,87	817,87
Descrição:			Fotopolimerizador de resina.. Aparelho para polimerizar resinas através de luz visível. Características: sem fio; Potência mínima de 1250 mW/cm ² ; temporizador de no mínimo, 5,10,20 segundos; Display do timer em led; clareador, com giro da ponteira de 360°; Bateria fixa, Fibra ótica autoclavável; Bip sonoro; Bivolt 110/220V automático, com base carregadora. Com registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses	

Relação dos Itens

Lote / Item	Qtde	Unidade	Referência	Total
0000 / 004	1,00	UN	4.016,92	4.016,92
Descrição:	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. Equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia. Características: Potência de no mínimo 29 KHz a 33 KHz; Ajuste digital da potência de ultrassom em 6 níveis, 3 insertos para perio e chave com torquímetro. Pressão de entrada de ar: 40 a 80 lbs; Voltagem: 90 ~ 240 VAC; Frequência de rede: 50/60 Hz; Frequência de transdutor: mínimo 29 a 33 kHz; Fusível: 2A – 250V; Capacidade do reservatório: mínimo 40g; Capacidade da PET: mínimo 450 ml. Com registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses			
Lote / Item	Qtde	Unidade	Referência	Total
0000 / 005	2,00	UN	10.223,50	20.447,00
Descrição:	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), . Até 75 litros, para esterilização a vapor, para equipamentos médico-odontológicos, modelo horizontal, digital, mínimo de 6 ciclos de operação, sendo 1 extra de secagem, painel frontal, capacidade de no mínimo 21 litros, câmara de esterilização em aço inox, as dimensões internas da câmara (diâmetro x comprimento) no mínimo de 300 x 600 mm, e as dimensões externas da autoclave (altura x largura x comprimento) de no mínimo 465 x 540 x 750 mm, com no mínimo 3 bandejas internas em inox, com reservatório interno de no mínimo 3 litros para colocação de água destilada, descarga automática, indicação luminosa de equipamento em operação, indicação luminosa e/ou sonora de fim do ciclo, indicação luminosa e/ou sonora de falha no sistema, sistema de segurança impedindo o funcionamento sem água, não deverá haver partida do ciclo ou entrada de água para a câmara de esterilização, caso a porta do equipamento não esteja fechada, temperatura durante o ciclo de esterilização de no mínimo 121°, a 134°, desaeração automática, e despressurização automática, fechamento da porta por manípulo de duplo estágio de fechamento, travamento com dispositivo eletrônico micro-swith ou superior, sistema de secagem porta fechada, termostato para controle da temperatura, possuir bip sonoro de aviso, câmara deverá ser revestida com lã de rocha ou superior, pés de borracha não condutores e com ajuste de nivelamento, tubulação com cobre, potência de no mínimo 2.000 WATTS, voltagem 220 Volts, garantia de 12 meses.			
Lote / Item	Qtde	Unidade	Referência	Total
0000 / 006	2,00	UN	776,63	1.553,26
Descrição:	MOCHO POFISSONAL. Com Assento Espuma Injetada Redonda; Diâmetro Assento (cm): 38 cm; Espessura Assento (cm): 8 cm. Encosto Espuma Multilaminada Anatômica; Altura Encosto (cm): 10,5 cm; Largura Encosto (cm): 38 cm; Espessura Encosto (cm): 3,6 cm. Base Giratória Estrutura: Aço com Capa; Regulagem de Altura, Regulagem de Inclinação do Encosto, Regulagem de Altura do encosto; Base possui raio externo de 285 mm, raio útil de 262,5 mm; Rodízios: Sim / Nylon; Revestimento Material: Courvim / Vinil Corporativo; Espessura aproximada: 0,88 mm (pode variar em +/- 5%). Altura máxima do piso ao topo: 74 cm; Altura mínima do piso ao topo: 63 cm; Peso mínimo suportado: 110 kg, incluso 01 Assento Mocho; 01 Encosto Mocho; 01 Coluna; 01 Prolongador; 01 Estrela de Aço com Capa Preto; 05 Rodízios Nylon – Preto; 01 Mecanismo Ergonômico Preto; 01 Suporte de Encosto Ergonômico – Preto; 01 Manual de Montagem. Garantia de 12 meses. Com registro da Anvisa.			
Total Geral				62.107,21